



Zakopane, dnia 23 września 2025 r.

Znak sprawy: L.dz. 167/I/2025

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy: wyjaśnień treści zapytania ofertowego na dostawę defibrylatorów zewnętrznych na potrzeby GOPR

Zamawiający przekazuje treść pytań wraz z wyjaśnieniami dotyczącymi zapisów zawartych w przedmiotowym zapytaniu ofertowym:

1. Wyświetlacz i interfejs: W specyfikacji wymagany jest kolorowy wyświetlacz graficzny LCD oraz intuicyjny interfejs z podświetlanymi przyciskami trybów. Nasz model wykorzystuje diody LED i komendy głosowe, co jest prostszym i bardziej intuicyjnym rozwiązaniem w stresujących sytuacjach, pozwalającym ratownikowi skupić się na pacjencie, a nie na odczytywaniu informacji z ekranu. Czy Zamawiający rozważy akceptację takiego alternatywnego rozwiązania?

Odp.: Zamawiający nie akceptuje zaproponowanego rozwiązania alternatywnego. Przedmiotowe defibrylatory wykorzystywane będą przez ratowników górskich posiadających zarówno uprawnienie; podstawowe (KPP) tj. ratownika systemu PRM jak również "wyższe" tj. ratowników medycznych i lekarzy systemu PRM. Dlatego też wymóg wyposażenia w graficzny wyświetlacz jest bezwzględnie wymagany w celu efektywnego wykorzystania urządzenia np. analizy EKG.

2. Waga i wymiary: W specyfikacji podano, że waga urządzenia powinna być poniżej 800 g, a wymiary maksymalne to 150 mm x 145 mm. Oferowany przez nas model waży 1,56 kg i ma wymiary 200 mm x 213 mm x 71 mm. Pomimo tych różnic, urządzenie jest wyjątkowo poręczne i wytrzymałe, co jest kluczowe w trudnych warunkach akcji ratunkowych. Czy jest możliwe, aby Zamawiający zaakceptował te parametry?

Odp.: Zamawiający nie akceptuje zaproponowanego rozwiązania alternatywnego. Podane w zapytaniu waga proponowanego modelu wynosi 1,56 kg czyli przekracza prawie dwukrotnie wagę oczekiwaną przez Zamawiającego, dlatego tak spore odstępstwo nie może zostać zaakceptowane. Zaproponowane wymiary są przekroczone o ponad 40%. Podsumowując, zbyt duża waga i gabaryty uniemożliwiają ich wykorzystanie w trudnych warunkach górskich.

3. Tryby pracy: Wymagane są tryby pracy: automatyczny / półautomatyczny / manualny. Nasz defibrylator jest dostępny w wersji automatycznej lub półautomatycznej, co pozwala wybrać opcję najbardziej odpowiednią dla Zamawiającego. Zastosowanie tych trybów minimalizuje ryzyko błędu ludzkiego i przyspiesza interwencję, co jest kluczowe dla przeżycia pacjenta. Czy Zamawiający jest otwarty na przyjęcie urządzenia bez trybu manualnego?

Odp.: Zamawiający nie akceptuje dostawy urządzenia bez trybu manualnego. Wymóg posiadania trybu manualnego wynika z uwarunkowań analogicznych jak w punkcie nr. 1 to jest wykorzystanie defibrylatora przez ratowników medycznych i lekarzy.

5. Torba transportowa: Wymagana jest torba w kolorze czerwonym z napisem AED, wyposażona w uchwyt tekstylny i przegrody. Nasza standardowa torba zapewnia łatwy i szybki dostęp do sprzętu, jednocześnie chroniąc go w trudnych warunkach. Czy Zamawiający akceptuje torbę, która może różnić się kolorem i oznaczeniami, ale w pełni zapewnia ochronę i organizację sprzętu?

Odp.: Zamawiający nie akceptuje zaproponowanego rozwiązania alternatywnego. Wymagania określonych parametrów torby podyktowane są koniecznością umieszczania w dedykowanych torbach medycznych.

6. Zasilanie: Wymagane jest zasilanie z baterii podtrzymującej oraz ładowalnych akumulatorów. Nasz model może być dostarczony z jednorazowymi bateriami, które są lżejsze, tańsze i nie wymagają ładowania w terenie. To zwiększa niezawodność urządzenia. Czy Zamawiający akceptuje zasilanie z jednorazowych baterii?

Odp.: Zamawiający nie akceptuje zasilanie defibrylatora z jednorazowych baterii. Specyficzne wymagania co do sposobu zasilania wynikają z innych istotnych dla Zamawiającego funkcjonalności takich jak archiwizacja danych medycznych, która wymaga ciągłego podtrzymania zasilania pamięci urządzenia.

Naczelnik GOPR

Jerzy Siodlak