



Zakopane, dnia 9 października 2025 r.

Znak sprawy: L.dz. 167a/I/2025

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy: wyjaśnień treści zapytania ofertowego na dostawę defibrylatorów zewnętrznych na potrzeby GOPR

Zamawiający przekazuje treść pytań wraz z wyjaśnieniami dotyczącymi zapisów zawartych w przedmiotowym zapytaniu ofertowym:

Pyt. Nr 1, Zał. nr 1, pkt 11.

Czy Zamawiający oczekuje aparatu, który będzie działał w funkcji w pełni automatycznej, bez możliwości zastosowania defibrylacji manualnej? Czy w wersji półautomatycznej z zainstalowanym dodatkowym trybem manualnym?

Odp.: Zamawiający dopuszcza dostawę aparatu, który będzie działał w wersji półautomatycznej z zainstalowanym dodatkowym trybem manualnym. W związku z powyższym defibrylator może pracować w trybach: półautomatycznym / manualnym bez trybu automatycznego.

2. Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgodny na zaoferowanie defibrylatora Corpuls AED o poniższych parametrach:

- Ochrona przed pyłem i wodą: IP66
- Zgodność z normą RTCA DO-160G
- Odporność na wibracje i uderzenia – zgodność z normą EN 1789 Zakres temperatury pracy: -10 °C do +55 °C (tryb RKO -20 °C do +55 °C)
- Opcja połączenia alarmowego GSM z funkcją telefonu głośnomówiącego
- Funkcja metronomu
- Bateria litowo-manganowa
- Czas czuwania: ok. 5 lat
- Tryb tylko RKO: 12-15 godzin pracy
- Tryb AED: 4,8 godzin pracy
- Przy w pełni naładowanej baterii ponad 200 wyładowań energią 200 J
- Wymiary (DxSxG): 25,4 cm x 21,9 cm x 5,9 cm
- Masa: ok. 1,9 kg (urządzenie + baterie)
- Monitor:
- 4,3" kolorowy wyświetlacz z podświetleniem

- Wyświetlanie do 2 krzywych (drugie odprowadzenie i krzywa informacji zwrotnej z corPatch CPR)
- Wyświetlanie do 2 parametrów życiowych (częstotliwość rytmu serca i ilość uciśnień klatki piersiowej)
- Piktogramy z instrukcjami
- Instrukcje głosowe i tekstowe na ekranie
- Dostępność:
- Status urządzenia na wyświetlaczu
- Możliwe do konfiguracji autotesty
- Monitorowanie przez sieć bezprzewodową Wi-Fi
- Zarządzanie danymi:
- Połączenie bezprzewodowe Wi-Fi (monitorowanie, konfiguracje, aktualizacje i przeszukiwanie danych użytkownika)
- Zapis danych użytkownika (min. 100 godzin)
- Zapis audio (maks. 240 minut)
- Bezpieczeństwo
- Mocowanie ściennie zgodne z normą PN EN 1789

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie defibrylatora o parametrach przedstawionych w pytaniu, w szczególności ze względu na fakt, że zaproponowane wymiary są ponad 50% większe od wymaganych, co całkowicie wyklucza ich akceptację. Masa urządzenia (ok. 1,9 kg – urządzenie wraz z bateriami) przekracza dopuszczalny limit ponad dwukrotnie.

Ponadto Zamawiający wymaga zastosowania ładowalnych akumulatorów, których parametry zostały określone w zaproszeniu do składania ofert. Z opisu przedstawionego w pytaniu nie wynika jednoznacznie, czy chodzi o baterię (czyli jednorazowe źródło zasilania), czy też o akumulator (czyli źródło zasilania umożliwiające wielokrotne ładowanie). Można jedynie przypuszczać, że chodzi o baterię typu Li-MnO₂, co nie spełnia wymagań Zamawiającego.

Naczelnik GOPR

Jerzy Siodłak