



## GÓRSKIE OCHOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE

Członek Międzynarodowej Komisji Ratownictwa Górskiego IKAR-CISA

### ZARZĄD GŁÓWNY

ul. Piłsudskiego 65  
34-500 Zakopane

tel/fax 18 20-61-550, tel. 18 20-14-152  
[www.gopr.pl](http://www.gopr.pl) e-mail: [zarzad@gopr.pl](mailto:zarzad@gopr.pl) [sekretariat@gopr.pl](mailto:sekretariat@gopr.pl)

NIP 736-10-39-808

Regon 000706869

Konto Pekao SA O/Zakopane 25124051651111000052248845

### SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA TRYB PODSTAWOWY BEZ NEGOCJACJI

**dostawa i montaż kardiomonitorów oraz automatycznych defibrylatorów na potrzeby GOPR**

**znak postępowania: L.dz. 63/I/2022**

*Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm. ) – dalej p.z.p.*

**Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Składanie ofert następuje za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem internetowym:**

**[HTTPS://MINIPORTAL.UZP.GOV.PL/](https://miniportal.uzp.gov.pl/)**

**SPIS TREŚCI**

<b>I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO.</b>	<b>4</b>
<b>II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA.</b>	<b>4</b>
<b>III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.</b>	<b>4</b>
<b>IV. INFORMACJA O OFERTACH CZĘŚCIOWYCH.</b>	<b>5</b>
<b>V. INFORMACJA O PRZEDMIOTOWYCH ŚRODKACH DOWODOWYCH.</b>	<b>6</b>
<b>VI. INFORMACJA O ZAMÓWIENIACH O KTÓRYCH MOWA W ART. 214 UST. 1 PKT 8 USTAWY PZP.</b>	<b>6</b>
<b>VII. INFORMACJA O OFERTACH WARIANTOWYCH.</b>	<b>6</b>
<b>VIII. WYMAGANY TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.</b>	<b>6</b>
<b>IX. PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI UMOWY.</b>	<b>6</b>
<b>X. WADIUM</b>	<b>6</b>
<b>XI. INFORMACJA O WARUNKACH UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.</b>	<b>7</b>
<b>XII. PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA.</b>	<b>7</b>
<b>XIII. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE ZOBOWIĄZANI SĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU WYKAZANIA BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA W POSTĘPOWANIU.</b>	<b>7</b>
<b>XIV. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA (SPÓŁKI CYWILNE/ KONSORCJA).</b>	<b>9</b>
<b>XV. INFORMACJE O ŚRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, PRZY UŻYCIU KTÓRYCH ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KOMUNIKOWAŁ Z WYKONAWCAMI, ORAZ INFORMACJE O WYMAGANIACH TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH SPORZĄDZANIA, WYSYŁANIA I ODBIERANIA KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ.</b>	<b>9</b>
<b>XVI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT ORAZ WYMAGANIA FORMALNE DOTYCZĄCE SKŁADANYCH OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW.</b>	<b>11</b>
<b>XVII. SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT.</b>	<b>12</b>
<b>XVIII. TERMIN OTWARCIA OFERT.</b>	<b>13</b>
<b>XIX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.</b>	<b>14</b>
<b>XX. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY.</b>	<b>14</b>

<b>XXI. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT.</b> ....	14
<b>XXII. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.</b> .....	17
<b>XXIII. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY.</b> .....	17
<b>XXIV. INFORMACJA O KORZYSTANIU Z PODWYKONAWCÓW.</b> .....	17
<b>XXV. OBOWIĄZEK INFORMACYJNY Z ART.13 RODO.</b> .....	17
<b>XV. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY.</b> .....	19
<b>OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA</b> .....	<b>20</b>
<b>OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA</b> .....	<b>27</b>
<b>FORMULARZ OFERTY</b> .....	<b>30</b>
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania oraz o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.....	34
Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ustawy Prawo zamówień publicznych w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego .....	36
<b>PROJEKT UMOWY</b> .....	<b>37</b>

**I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO.**

Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe  
Zarząd Główny  
34-500 Zakopane  
ul. Piłsudskiego 65  
NIP: 736-10-39-808  
REGON: 000706869  
tel.: 18/20 615-50  
fax: 18/20 141-52 lub 20 615-50 wew.13  
e-mail: [sekretariat@gopr.pl](mailto:sekretariat@gopr.pl)  
[naczelnikgopr@gopr.pl](mailto:naczelnikgopr@gopr.pl)  
[www.gopr.pl](http://www.gopr.pl)

Adres strony internetowej, na której jest prowadzone postępowanie i na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia związane bezpośrednio z postępowaniem o udzielenie zamówienia:  
<https://www.gopr.pl/przetargi>

**II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA.**

1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest **w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji zgodnie z art. 275 pkt 1** ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) zwanej dalej "ustawą" lub PZP" oraz niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwaną dalej „SWZ”.  
Zamawiający informuje, że nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji.
2. Szacunkowa wartość przedmiotowego zamówienia nie przekracza progów unijnych o jakich mowa w art. 3 ustawy.
3. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
4. Zamawiający nie prowadzi postępowania w celu zawarcia umowy ramowej.

**III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.**

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż fabrycznie nowych 7 szt. kardiomonitorów oraz 7 szt. automatycznych defibrylatorów, rok produkcji **nie starszy niż 2021**, z dopuszczeniem składania ofert częściowych, wg poniższych informacji:

**1) PAKIET NR 1: dostawa kardiomonitorów**

Urządzenie ma pełnić zarówno funkcję defibrylatora, jak i kardiomonitora zapewniającego monitorowanie EKG, ciśnienia tętniczego, saturacji, czy temperatury. Przebieg EKG może być drukowany na drukarce oraz przesyłany drogą elektroniczną. Ponadto można nim dokonać defibrylację synchroniczną tzw. kardiowersję oraz stymulację. Urządzenie ma posiadać funkcję AED, która może być wykorzystywana nie tylko przez personel medyczny.

Przedmiot zamówienia obejmuje przeszkolenie personelu w zakresie obsługi sprzętu medycznego. **Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia jest zawarty w zał. nr 1 do swz**

**2) PAKIET NR 2 : dostawa automatycznych defibrylatorów**

Defibrylator półautomatyczny AED stosowany w przypadku wystąpienia migotania komór i częstoskurczu komorowego. Sygnał wejściowy urządzenia jest zabezpieczony przed wyładowaniem elektrycznym podczas defibrylacji. Urządzenie prowadzi

użytkownika poprzez wszystkie etapy procedury resuscytacji za pomocą poleceń głosowych i wizualnych oraz posiada system podpowiedzi głosowych i tekstowych w zakresie defibrylacji i resuscytacji w języku polskim.

Defibrylacja dorosłych i dzieci dokonana jest impulsową falą dwufazową, fala defibrylacji winna być dostosowana do rezystancji pacjenta. Urządzenie to rozpoznaje automatycznie rytm niebędący wskazaniem do defibrylacji z komunikatem głosowym dla Użytkownika. Urządzenie automatycznie ładowane jest po tym jak algorytm analizy EKG zleci defibrylację. W zestawie wyposażone w baterie oraz elektrody umieszczone w jednym, lekkim etui.

Przedmiot zamówienia obejmuje przeszkolenie personelu w zakresie obsługi sprzętu medycznego. **Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w zał. nr 1 do swz.**

**2. Przedmiot dostawy ma spełniać wymagania określone w ustawie z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych** ( t.j. Dz. U. z 2021 r., poz.1565) w szczególności ma być oznakowany znakiem CE, a jeżeli ocena zgodności była przeprowadzana pod nadzorem jednostki notyfikowanej, to obok znaku CE ma być umieszczony numer identyfikacyjny właściwej jednostki notyfikowanej.

**3. Minimalny wymagany okres gwarancji** na przedmiot zamówienia **dla pakietu nr 1 – 24 miesiące, a dla pakietu nr 2 – 60 miesięcy** od daty zakupu (data protokołu zdawczo - odbiorczego). Zamawiający wymaga, by Wykonawca w okresie gwarancji wykonał nieodpłatnie niezbędne przeglądy techniczne sprzętu medycznego z częstotliwością zalecaną przez producenta.

**4. Oferta powinna zawierać informacje na temat możliwości serwisowania sprzętu, w tym wykaz podmiotów upoważnionych przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania czynności serwisowych zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych.**

W przypadku awarii sprzętu w okresie objętym gwarancją wykonawca odpowiada zarówno za serwis sprzętu u zamawiającego lub jeśli zachodzi taka potrzeba- za transport sprzętu do punktu naprawy. Czas usunięcia awarii w okresie gwarancji max 10 dni. W przypadku nieprawidłowości w funkcjonowaniu urządzenia trwającego dłużej niż 10 dni roboczych (od momentu zgłoszenia tej nieprawidłowości), Wykonawca zobowiązany jest w ciągu max 72 godzin podstawić nieodpłatnie sprzęt zastępczy o takich samych parametrach technicznych lub lepszy.

**5. Do przedmiotu zamówienia powinna być dołączona instrukcja obsługi sporządzona w języku polskim oraz paszport techniczny urządzenia.**

#### **Nomenklatura Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):**

**Pakiet nr 1: 33123210-3 - Urządzenia do monitorowania czynności serca**

**Pakiet nr 2: 33182100-0- Defibrylatory**

6. Zamówienie jest realizowane w ramach zadania publicznego pod tytułem „Zakup i wyposażenie ratowników górskich GOPR w sprzęt i ekwipunek ratowniczy w celu prawidłowej realizacji działań z zakresu ratownictwa górskiego”, finansowanego ze środków otrzymanych z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

#### **IV. INFORMACJA O OFERTACH CZĘŚCIOWYCH.**

**Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, ilość części: 2**

Każdy z wykonawców może złożyć ofertę na dowolną ilość części.

**V. INFORMACJA O PRZEDMIOTOWYCH ŚRODKACH DOWODOWYCH.**

1. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy spełniają określone wymagania należy złożyć następujące **przedmiotowe środki dowodowe** :

- a) opis oferowanego ekwipunku **odpowiednio dla danego pakietu** (sporządzony wg zał. nr 1 do swz) potwierdzający wymagania Zamawiającego, opisane w zał. nr 1 do swz
- b) folder, katalog, prospekt z listą parametrów/właściwości technicznych producenta **odpowiednio dla danego pakietu**, których autentyczność musi zostać poświadczona przez wykonawcę na żądanie zamawiającego;
- c) oświadczenie Wykonawcy, że dysponuje kompletem dokumentów dopuszczających urządzenie medyczne (**odpowiednio dla danego pakietu**) do obrotu i używania na terytorium RP zgodnie z obowiązującym przepisami ustawy o wyrobach medycznych oraz, że na każde żądanie Zamawiającego przedstawi poświadczony kserokopie tych dokumentów;

**2. Przedmiotowe środki dowodowe Wykonawca składa wraz z ofertą.**

3. Jeżeli wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa **w ust. 1 lit. b) i c)** lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, zamawiający na podstawie art. 107 ust.2 p.z.p. wzywa do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.

4. Przepisu art.107 ust.2 p.z.p. nie stosuje się, jeżeli przedmiotowy środek dowodowy służy potwierdzeniu zgodności z cechami lub kryteriami określonymi w opisie kryteriów oceny ofert ( dotyczy środka przedmiotowego określonego w ust. 1 lit. a) lub, pomimo złożenia przedmiotowego środka dowodowego, oferta podlega odrzuceniu albo zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.

5. Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści przedmiotowych środków dowodowych.

**VI. INFORMACJA O ZAMÓWIENIACH O KTÓRYCH MOWA W ART. 214 UST. 1 PKT 8 USTAWY PZP.**

Zamawiający nie przewiduje ww. zamówień.

**VII. INFORMACJA O OFERTACH WARIANTOWYCH.**

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

**VIII. WYMAGANY TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.**

**Do 6 tygodni od daty zawarcia umowy**

**IX. PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI UMOWY.**

1. Zamawiający zawrze z Wykonawcą umowę w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych we wzorze umowy **załącznik nr 5** do SWZ.
2. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.
3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie wskazanym we Wzorze Umowy. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.

**X. WADIUM**

**Zamawiający nie żąda wadium****XI. INFORMACJA O WARUNKACH UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.****1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:**

- 1.1. nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale XII SWZ
- 1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
  - 1.2.1 **zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:**  
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
  - 1.2.2 **uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:**  
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
  - 1.2.3 **sytuacji ekonomicznej lub finansowej:**  
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
  - 1.2.4 **zdolności technicznej lub zawodowej:**  
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

**XII. PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA.**

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych:
  - 1.1 w art. 108 ust. 1 pkt. 1-6 p.z.p.;
  - 1.2 w art. 109 ust. 1 pkt. 4 p.z.p., tj.:  
w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury;
2. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 p.z.p.
3. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 p.z.p lub art. 109 ust. 1 pkt 4 p.z.p, jeżeli udowodni zamawiającemu, że spełnił łącznie przesłanki wskazane w art. 110 ust. 2 p.z.p.
4. Zamawiający oceni, czy podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w art. 110 ust. 2 p.z.p., są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy. Jeżeli podjęte przez wykonawcę czynności nie są wystarczające do wykazania jego rzetelności, zamawiający wyklucza wykonawcę.

**XIII. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE ZOBOWIĄZANI SĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU WYKAZANIA BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA W POSTĘPOWANIU.**

1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania oraz o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – zgodnie z załącznikiem nr 3 do SWZ; w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie składa każdy z Wykonawców.
2. Informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1 stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
3. **Dokumenty składane na wezwanie zamawiającego.** Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia **podmiotowych środków dowodowych:**
  - w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu:

- 1) oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 p.z.p. w zakresie odnoszącym się do podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 1-6 p.z.p., (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SWZ);
  - 2) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej:
- 4.1 zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 3.2) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem.
  - 4.2 Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 4.1, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy. Wymagania dotyczące terminu wystawienia dokumentów lub oświadczeń są analogiczne jak w pkt. 4.1.
5. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17.02.2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art.125 ust.1 ustawy dostęp do tych środków.
  6. Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia o którym mowa w art.125 ust.1 ustawy , podmiotowych środków dowodowych, innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu lub są one niekompletne lub zawierają błędy, Zamawiający na podstawie art. 128 ust.1 ustawy, wezwie wykonawcę odpowiednio do ich złożenia, poprawienia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że oferta wykonawcy podlega odrzuceniu bez względu na ich złożenie, uzupełnienie lub poprawienie lub zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.
  7. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.
  8. W zakresie nieuregulowanym ustawą lub niniejszą SWZ do oświadczeń i dokumentów składanych przez Wykonawcę w postępowaniu, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 r. poz. 2415; zwanym dalej "r.p.ś.d.") oraz przepisy rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz



środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020 r. poz. 2452 zwanym dalej "r.d.e.")

9. Dokumenty lub oświadczenia sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniami na język polski.

#### **XIV. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA (SPÓŁKI CYWILNE/ KONSORCJA).**

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. Wykonawcy występujący wspólnie ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Dokument pełnomocnictwa powinien być podpisany przez wszystkich wykonawców. Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty. Pełnomocnictwo winno być sporządzone do oferty w postaci elektronicznej.
3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie, o których mowa w Rozdziale XIII ust. 1 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenie te wstępnie potwierdza spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
5. Wszelka korespondencja dokonywana będzie wyłącznie z wykonawcą występującym jako pełnomocnik pozostałych .

#### **XV. INFORMACJE O ŚRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, PRZY UŻYCIU KTÓRYCH ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KOMUNIKOWAŁ Z WYKONAWCAMI, ORAZ INFORMACJE O WYMAGANIACH TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH SPORZĄDZANIA, WYSYŁANIA I ODBIERANIA KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ.**

1. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie p.z.p., odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344).
2. Ofertę, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 p.z.p., podmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwa, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby sporządza się w postaci elektronicznej, w ogólnie dostępnych formatach danych, w szczególności w formatach .txt, .rtf, .pdf, .doc, .docx, .odt. Ofertę, a także oświadczenie o jakim mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
3. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski lub informacje Wykonawcy przekazują:
  - 1) poprzez Platformę, dostępną pod adresem: <https://miniportal.uzp.gov.pl/>, ePUAPu <https://epuap.gov.pl/wps/portal> lub
  - 2) drogą elektroniczną: na adres email: [sekretariat@gopr.pl](mailto:sekretariat@gopr.pl)

4. Rejestracja na Platformie miniPortal, w tym złożenie oferty w formie elektronicznej, wymaga posiadania konta na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji”.
5. Wykonawca może kontaktować się z zamawiającym elektronicznie za pośrednictwem formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres email: [sekretariat@gopr.pl](mailto:sekretariat@gopr.pl). We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem zamawiający i wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (ID postępowania).
6. Sposób sporządzenia oferty, oświadczenia z art. 125 ust. 1 pzp, podmiotowych środków dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych oraz innych informacji, oświadczeń lub dokumentów musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020, poz. 2452) oraz w rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz.U. z 2020, poz. 2415).
7. Zgodnie z art. 67 ustawy p.z.p., Zamawiający podaje wymagania techniczne związane z korzystaniem z Platformy:
  - 1)** Stały dostęp do sieci Internet;
  - 2)** Platforma działa w systemie Windows, Mac i Linux.
  - 3)** Specyfikacja połączenia, formatu przesyłanych danych oraz kodowania i oznaczania czasu odbioru danych:
    - a)** specyfikacja połączenia - Formularze udostępnione są za pomocą protokołu TLS 1.2,
    - b)** format danych oraz kodowanie miniPortal - Formularze dostępne są w formacie HTML z kodowaniem UTF-8,
    - c)** oznaczenia czasu odbioru danych – miniPortal - wszelkie operacje opierają się o czas serwera i dane zapisywane są z dokładnością co do setnej części sekundy,
    - d)** integracja z systemem ePUAP jest wykonana w wykorzystaniem standardowego mechanizmu ePUAP.
    - e)** w przypadku Wykonawcy wysyłającego wniosek do Zamawiającego, ESP Zamawiającego (/GOPR/SkrytkaESP) automatycznie generuje Rodzaj Urzędowego Poświadczenia Odbioru czyli Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia (UPP), które jest powiązane z wysyłanym dokumentem. W UPP w sekcji „Dane poświadczenia” jest zawarta informacja o dacie doręczenia.
    - f)** system dostępny jest za pośrednictwem następujących przeglądarek internetowych: Microsoft Internet Explorer od wersji 11.0, Mozilla Firefox od wersji 15, Google Chrome od wersji 20, Microsoft Edge.

- Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).
8. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest:  
Pan Jerzy Siodłak –Naczelnik GOPR, [sekretariat@gopr.pl](mailto:sekretariat@gopr.pl)
  9. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawcy powinni posługiwać się numerem przedmiotowego postępowania.
  10. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.
  11. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert. Wyjaśnienia, zmiany swz będą udostępnienia na stronie internetowej prowadzonego postępowania <https://www.gopr.pl/przetargi>
  12. Jeżeli zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa w ust. 11, przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia ofert. W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w terminie, o którym mowa w ust. 11, zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz obowiązku przedłużenia terminu składania ofert.
  13. Przedłużenie terminu składania ofert, o których mowa w ust. 12, nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ.

#### **XVI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT ORAZ WYMAGANIA FORMALNE DOTYCZĄCE SKŁADANYCH OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW.**

1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę obejmującą jeden lub więcej pakietów.
2. Treść oferty musi odpowiadać treści SWZ.
3. Oferta musi być sporządzona przez wykonawcę ściśle według postanowień niniejszej SWZ. Do oferty wykonawca musi dołączyć komplet dokumentów i oświadczeń oraz wszelkich informacji wymaganych postanowieniami niniejszej SWZ.
  4. Ofertę należy sporządzić na **Formularzu Ofertowym** – zgodnie z *załącznikiem nr 2 do SWZ (w przypadku złożenia oferty na innym formularzu niż załącznik nr 2 do SWZ, powinien on zawierać wszystkie wymagane informacje określone w tym załączniku)*.
  5. **Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć:**
    - 1) **Oświadczenie**, o którym mowa w *Rozdziale XIII ust. 1 SWZ*.
    - 2) **dokumenty przedmiotowe**, o których mowa w *Rozdziale V ust. 1 lit. a) – c) SWZ*.
    - 3) **dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty**; odpowiednie pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy);

6. Ofertę oraz oświadczenia i dokumenty składane z ofertą, sporządza się, pod rygorem nieważności, **w formie elektronicznej (wszystkie dokumenty podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym\***.

\* Zamawiający wyjaśnia, że podpis osobisty to zaawansowany podpis elektroniczny. Prawdziwość danych posiadacza podpisu potwierdza certyfikat podpisu osobistego, zawierający imię (imiona), nazwisko, obywatelstwo oraz numer PESEL. Aby certyfikat podpisu osobistego znalazł się w e-dowodzie, należy wyrazić na to zgodę podczas składania wniosku o nowy dokument.

7. Oferta wraz z załącznikami winna być podpisana przez osobę (osoby) uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy. Za osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawców uznaje się:
- 1) osoby wykazane w odpowiednich rejestrach: Krajowym Rejestrze Sądowym, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innym właściwym rejestrze.
  - 2) osoby legitymujące się odpowiednim pełnomocnictwem udzielonym przez osoby, o których mowa powyżej; w przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika wykonawcy, pełnomocnictwo musi być dołączone do oferty- złożone w formie lub postaci elektronicznej (opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub osobistym) lub elektronicznej kopii, poświadczonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez notariusza.
  - 3) w przypadku składania ofert wspólnych, wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty odpowiednie pełnomocnictwo, o którym mowa w Rozdziale XIV ust. 2 swz.
8. W przypadku gdy oferta nie została podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentacji Wykonawcy określoną w odpowiednim rejestrze lub innym dokumencie właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy, **do oferty należy dołączyć dokument pełnomocnictwa**, złożony w formie lub postaci elektronicznej (opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub osobistym) lub elektronicznej kopii, poświadczonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez notariusza.
9. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. Poprzez oryginał należy rozumieć dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie elektronicznej podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione
10. Wszelkie dokumenty i oświadczenia załączone do oferty mają być sporządzone w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym mają być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.
11. Wszystkie koszty związane z uczestnictwem w postępowaniu, w szczególności z przygotowaniem i złożeniem ofert ponosi Wykonawca składający ofertę. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

#### **XVII. SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT.**

1. W celu złożenia oferty należy zarejestrować (zalogować) się na Platformie i postępować zgodnie z instrukcjami dostępnymi u dostawcy rozwiązania informatycznego pod adresem:

[HTTPS://MINIPORTAL.UZP.GOV.PL/INSTRUKCJA\\_UZYTKOWNIKA\\_MINIPORTAL-EPUAP.PDF](https://miniportal.uzp.gov.pl/instrukcja_uzytkownika_miniportal-epuap.pdf)

Korzystanie z Platformy jest bezpłatne.

2. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla wykonawców na miniPortalu, w szczególności danego postępowania. **W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem.**
3. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w „Instrukcji użytkownika”, dostępnej na stronie: <https://miniportal.uzp.gov.pl/>
4. Ofertę w formie elektronicznej podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym należy złożyć poprzez Platformę **do dnia 29.03.2022 r. do godziny 14.30.**
5. O terminie złożenia oferty decyduje czas pełnego przeprocesowania transakcji na Platformie.
6. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub wycofać ofertę. W tym celu należy w systemie Platformy kliknąć przycisk „Wycofaj ofertę”. Zmiana oferty następuje poprzez wycofanie oferty oraz jej ponownym złożeniu.
7. Jeśli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 ze zm.), Wykonawca powinien nie później niż w terminie składania ofert, zastrzec, że nie mogą one być udostępnione oraz wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Zastrzeżenie dotyczące informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów w/w ustawy, Wykonawca zobowiązany jest złożyć w ofercie w sposób wyraźnie określający wolę ich utajnienia.
8. Dokumenty „stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa” powinny zostać załączone w osobnym pliku z zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część należy ten plik zaszyfrować.
9. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty.

#### **XVIII. TERMIN OTWARCIA OFERT.**

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **29.03.2022 r. o godzinie 15.45**, przy użyciu systemu teleinformatycznego – Platformy, o której mowa w Rozdziale XVII swz, poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego po zalogowaniu w zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu i następuje poprzez wskazanie pliku do odszyfrowania.
2. W przypadku wystąpienia awarii systemu teleinformatycznego, która spowoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii.
3. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
4. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o:
  - 1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania Wykonawców, których oferty zostały otwarte;
  - 2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach.
4. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
5. Zamawiający poprawi w ofercie:
  - 1) oczywiste omyłki pisarskie,

- 2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
- 3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty  
– niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
6. W przypadku o którym mowa w pkt.5.3 zamawiający wyznacza wykonawcy odpowiedni termin na wyrażenie zgody na poprawienie w ofercie omyłki lub zakwestionowanie jej poprawienia. Brak odpowiedzi w wyznaczonym terminie uznaje się za wyrażenie zgody na poprawienie omyłki.

#### **XIX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.**

1. Wykonawca będzie związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert, przez okres **30 dni, tj. do dnia 26.04.2022.**
2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą określonego w SWZ, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą zwraca się jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni.
3. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w ust. 2, wymaga złożenia przez Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.

#### **XX. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY.**

1. Cenę oferty należy podać w złotych polskich i wyliczyć dla całości zamówienia **odpowiednio dla danego pakietu** (określonego w Rozdziale III swz), z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, gdzie należy uwzględnić wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym: cenę nabycia sprzętu medycznego, montażu, przeszkolenia pracowników,, koszty dostawy, cła, podatki oraz rabaty, opusty itp., których wykonawca zamierza udzielić.
2. Obliczając cenę oferty należy podać wartość netto, wskazać wysokość i kwotę należnego podatku od towarów i usług VAT, oraz wartość brutto.
3. Rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone w PLN.

#### **XXI. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT.**

1. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę, spośród ważnych ofert złożonych w postępowaniu, na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w swz.
2. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

##### **PAKIET NR 1:**

##### **2.1.Cena brutto za całość dostawy– 60%.**

$$C = \frac{C_n}{C_b} \times 100 \times 60\%$$

gdzie:

C - wartość punktowa kryterium „cena”

C<sub>n</sub> – najniższa cena ze wszystkich ważnych badanych ofert;

C<sub>b</sub> – cena badanej oferty.

**2.2. okres udzielonej gwarancji – 30%**

24 miesięcy - 0 pkt

30 miesięcy -15 pkt

36 miesięcy - 30 pkt

Kryterium okres udzielonej gwarancji będzie obliczone wg wzoru:

$$G = \frac{G_b}{G_m} \times 100 \times 30\%$$

**gdzie:****G- wartość punktowa w kryterium okres gwarancji****G<sub>b</sub> – przyznane punkty wg oferowanego okresu gwarancji badanej oferty ;****G<sub>m</sub>– maksymalna ilość punktów : 30 pkt****2.3 termin dostawy: 10%**

Termin dostawy wynosi do 6 tygodni od daty zawarcia umowy. Za skrócenie terminu oferta otrzyma więcej punktów tj. :

6 tygodni-0 pkt

5 tygodni - 5 pkt

4 tygodnie -10 pkt

Kryterium termin dostawy będzie obliczone wg wzoru:

$$T = \frac{T_b}{T_m} \times 100 \times 10\%$$

**gdzie:****T- wartość punktowa w kryterium termin dostawy****T<sub>b</sub> – przyznane punkty wg oferowanego terminu badanej oferty ;****T<sub>m</sub>– maksymalna ilość punktów: 10 pkt**

3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma największą ilość punktów w skali 100 punktowej obliczonych wg następującego wzoru:

$$X = C + G + T$$

**gdzie:**

<b>X</b>	-	ilość punktów badanej oferty;
<b>C</b>	-	ilość punktów badanej oferty w kryterium cena ;
<b>G</b>	-	ilość punktów badanej oferty w kryterium gwarancja
<b>T</b>	-	ilość punktów badanej oferty w kryterium termin;

**PAKIET NR 2:****2.1.Cena brutto za całość dostawy– 60%.**

$$C = \frac{C_n}{C_b} \times 100 \times 60\%$$

gdzie:

C - wartość punktowa kryterium „cena”

$C_n$  – najniższa cena ze wszystkich ważnych badanych ofert;

$C_b$  – cena badanej oferty.

## 2.2. okres udzielonej gwarancji – 30%

60 miesięcy - 0 pkt

72 miesięcy - 15 pkt

84 miesiące – 20 pkt

Kryterium okres udzielonej gwarancji będzie obliczone wg wzoru:

$$G = \frac{G_b}{G_m} \times 100 \times 10\%$$

gdzie:

**G- wartość punktowa w kryterium okres gwarancji**

**$G_b$  – przyznane punkty wg oferowanego okresu gwarancji badanej oferty ;**

**$G_m$ – maksymalna ilość punktów : 30 pkt**

## 2.3 termin dostawy: 10%

Termin dostawy wynosi do 6 tygodni od daty zawarcia umowy. Za skrócenie terminu oferta otrzyma więcej punktów tj. :

6 tygodni-0 pkt

5 tygodni - 5 pkt

4 tygodnie -10 pkt

**Kryterium termin dostawy będzie obliczone wg wzoru:**

$$T = \frac{T_b}{T_m} \times 100 \times 10\%$$

gdzie:

**T- wartość punktowa w kryterium termin dostawy**

**$T_b$  – przyznane punkty wg oferowanego terminu badanej oferty ;**

**$T_m$ – maksymalna ilość punktów: 10 pkt**

$$X = C + G + T$$

gdzie:

**X** - ilość punktów badanej oferty;

**C** - ilość punktów badanej oferty w kryterium cena ;

**G** - ilość punktów badanej oferty w kryterium gwarancja

**T** - ilość punktów badanej oferty w kryterium termin



4. Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
5. Zamawiający w celu wyboru najkorzystniejszej oferty **nie przewiduje** zastosowania aukcji elektronicznej.
6. Jeżeli w postępowaniu złożona będzie oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający zgodnie z art. 225 ust.1 dla celów zastosowania kryterium ceny doliczy do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. **W takim przypadku Wykonawca, składając ofertę, jest zobligowany poinformować Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując: nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do jego powstania, wartość towaru lub usługi objętej obowiązkiem podatkowym zamawiającego, bez kwoty podatku oraz stawkę podatku od towaru i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy będzie miała zastosowanie.**

#### **XXII. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.**

1. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, w terminach określonych w art. 308 ust.2 i ust.3 p.z.p.
2. Wykonawca będzie zobowiązany do podpisania umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
3. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
4. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu wykonawców oraz wybrać najkorzystniejszą ofertę albo unieważnić postępowanie.

#### **XXIII. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY.**

Zamawiający nie przewiduje konieczności wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

#### **XXIV. INFORMACJA O KORZYSTANIU Z PODWYKONAWCÓW.**

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.
2. Zamawiający wymaga wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom i podania nazwy (firm) tych podwykonawców (o ile są znani).
3. Powierzenie części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia.

#### **XXV. OBOWIĄZEK INFORMACYJNY Z ART.13 RODO.**

Na podstawie artykułu 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych tj. RODO), informujemy, że:

1. **Administratorem Pani/Pana danych osobowych** jest Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe 34-500 Zakopane ul. Józefa Piłsudskiego nr 65, NIP7361039808, REGON 000706869, KRS 0000156881 Adres e-mail: [zarzad@gopr.pl](mailto:zarzad@gopr.pl) tel. 18 20 61 550, 20 14 152, [www.gopr.pl](http://www.gopr.pl)

2. **Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych** – e-mail: [iod@gopr.pl](mailto:iod@gopr.pl)
3. **Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na *dostawę kardiomonitorów i defibrylatorów dla ratowników GOPR***, znak referencyjny L.dz 63/I/2022 prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji.
4. **Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych** będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych,
5. **Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane**, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
6. **Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych** bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
7. **Pani/Pana dane osobowe nie są przekazywane do odbiorców w państwach trzecich**, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) lub do organizacji międzynarodowych.
8. **W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:**
  - żądania od Administratora Danych Osobowych dostępu do swoich danych osobowych, ich sprawdzenia, sprostowania<sup>1</sup>, zgodnie z art. 15, 16 RODO,
  - ograniczenia ich przetwarzania<sup>2</sup>, zgodnie z art. 18 ust. 2 RODO,
  - wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
9. **Nie przysługuje Pani/Panu:**
  - prawo do usunięcia danych osobowych, w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO,
  - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
  - **na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.**
10. Obowiązek informacyjny określony przepisami RODO spoczywa także na wykonawcach, którzy pozyskują dane osobowe osób trzecich w celu przekazania ich zamawiającemu w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. W przypadku pozyskania przez wykonawcę danych osobowych od osób trzecich dla niniejszego postępowania, wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie o wypełnieniu przez niego obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych zgodnie z treścią, wskazaną w formularzu oferty.
11. **Administrator Danych Osobowych** nie podejmuje w oparciu o Pani/Pana dane osobowe zautomatyzowanych decyzji, w tym nie będzie dokonywać profilowania, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.
12. **Administrator Danych Osobowych** dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym, czy umyślnym, zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

---

<sup>1</sup> Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Prawo zamówień publicznych oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

<sup>2</sup> Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

**XV. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY.**

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów p.z.p.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 p.z.p. oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.
3. Odwołanie przysługuje na:
  - 1) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;
  - 2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;
  - 3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie ustawy, mimo że zamawiający był do tego obowiązany.
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.
5. Odwołujący przekazuje zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
6. Odwołanie wnosi się:
  - 1) w terminie 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej;
  - 2) w terminie 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 6.1.
7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.
8. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 6 i 7 wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
9. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 p.z.p., stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.
10. Szczegółowe regulacje dotyczące środków ochrony prawnej zawarte są w Dziale IX ustawy p.z.p.

## Załączniki:

nr 1 – opis przedmiotu zamówienia odpowiednio dla danego pakietu;

nr 2 - wzór formularza oferty;

nr 3- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

nr 4 - Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji;

nr 5- projekt umowy;

Specyfikację warunków zamówienia wraz z załącznikami

**zatwierdził: 17.03.2022 r. Naczelnik GOPR  
Jerzy Siodłak**

**(data i podpis Kierownika Zamawiającego lub osoby upoważnionej )**

Załącznik Nr 1 do SWZ

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA****PAKIET NR 1:  
KARDIOMONITORY- 7 SZT.**

Opis	Parametry oferowane (podać)
Producent	
Nazwa-model/typ	
Kraj pochodzenia	
Rok produkcji	

Lp.	Nazwa i opis parametru lub funkcji urządzenia	Wartość lub zakres wartości wymaganych	Wartość lub zakres wartości oferowanych podać/ opisać
	<b>Kardiomonitor</b>		
1.	Defibrylator z funkcją monitorowania parametrów życiowych pacjenta, przenośny z wbudowanym uchwytem transportowym	TAK	
2.	Waga aparatu w oferowanej konfiguracji z kompletem wymaganych do pracy akumulatorów, akcesoriów do wymaganych opcji monitorowania pacjenta i w torbie transportowej – nie więcej niż 6 kg.	TAK podać	
3.	Rama transportowa z bocznymi kieszeniami na akcesoria i dodatkowy akumulator, i stelażem pozwalającym na stabilne ustawienie aparatu na każdym podłożu;	TAK	
4.	Mocowanie do noszy podczas transportu	TAK	
5.	Defibrylator odporny na kurz i zalanie wodą, klasa ochrony: IP55;	TAK	
6.	Aparat odporny na wstrząsy (upadki) i drgania	TAK	
7.	Wypełnianie standardu MIL STD 810G pod względem wodoszczelności, pyłoszczelności i wzmocnionej konstrukcji – lub równoważnym;	TAK	
8.	Warunki temperatury otoczenia dla trybu pracy 0 - 40 st.C;	TAK	

Lp.	Nazwa i opis parametru lub funkcji urządzenia	Wartość lub zakres wartości wymaganych	Wartość lub zakres wartości oferowanych podać/ opisać
9.	Możliwość normalnego użytkowania przez okres min. 1 godziny w zakresie temperatur -10 do +50 st.C, a przez okres min. 20 minut w temperaturach -25 do +60 st C	TAK podać	
10.	Zasilanie akumulatorowe i sieciowe;	TAK	
11.	Akumulator Li/Ion bez efektu pamięci; w komplecie dostawczym 2 akumulatory;	TAK	
12.	Jeden akumulator pozwala na min. 6 godzin monitorowania pacjenta - możliwość wymiany akumulatora w czasie pracy aparatu z zachowaniem ciągłości pracy przez min. 20 sek;	TAK podać	
13.	Automatyczne ładowanie baterii po podłączeniu defibrylatora do zewnętrznego źródła ładowania;	TAK	
14.	Zewnętrzna ładowarka stacjonarna do ładowania akumulatora w aparacie	TAK	
15.	Diody sygnalizujące ładowanie i podłączenie do sieci;	TAK	
16.	Kolorowy pojemnościowy ekran LCD, dotykowy, wysokiej rozdzielczości;	TAK	
17.	Funkcja przełączenia trybu wyświetlania z ekranu kolorowego na monochromatyczny o wysokim kontraście, zapewniająca najlepszą możliwą widoczność ekranu w świetle słonecznym	TAK	
18.	Ekran chroniony osłoną z hartowanego szkła – norma IK07 lub równoważna ;	TAK podać	
19.	Dane na ekranie prezentowane w postaci cyfrowej i w postaci krzywych;	TAK	
20.	Blokada ekranu dotykowego	TAK	
21.	Ustawianie i zachowanie domyślnego trybu uruchamiania aparatu po naciśnięciu przycisku włącz/ wyłącz	TAK	
22.	Alarmy trzystopniowe z ustawioną hierarchią: alarmy techniczne, fizjologiczne niezagrożające życiu, fizjologiczne o wysokim priorytecie;	TAK	

Lp.	Nazwa i opis parametru lub funkcji urządzenia	Wartość lub zakres wartości wymaganych	Wartość lub zakres wartości oferowanych podać/ opisać
23.	Funkcja wyłączenia lub wyciszenia alarmów, także alarmów o wysokim priorytecie jak VT/VF i asystolia, jest konfigurowana;	TAK	
24.	Samodzielnie wykonywany test własny w rytmie co tydzień z możliwością zdefiniowania codziennych testów przez Użytkownika	TAK	
25.	Rejestrowanie w pamięci aparatu minimum: wartości parametrów życiowych, zdarzeń, krzywych EKG i impedancji, danych pacjenta, informacji zwrotnych RKO (Resuscytacja Krążeniowo Oddechowa), trendy.	TAK podać	
26.	Defibrylacja dwufazowa, pulsacyjna z fizjologicznie uregulowanym optymalnym czasem trwania fazy;	TAK	
27.	Defibrylacja w trybie AED i ręcznym;	TAK	
28.	Możliwość stosowania elektrod dla dorosłych w defibrylacji pediatrycznej po wyborze pacjenta „Dziecko”;	TAK	
29.	Rozpoznanie typu podłączonych elektrod (dorośli/dzieci), pozwalające na odpowiednie dopasowanie wartości energii defibrylacyjnej;	TAK	
30.	Defibrylacja z użyciem naklejanych elektrod defibrylacyjnych w trybie AED i ręcznym;	TAK	
31.	Wbudowany minimum dla elektrod wielofunkcyjnych dla dorosłych znacznik z zakodowanym czasem przydatności elektrod do użycia i numerem serii, odczytywanym przez defibrylator w komplecie 5 par elektrod dla dorosłych i 2 pary elektrod dla dzieci	TAK podać	
32.	Możliwość przechowywania elektrod podłączonych do defibrylatora	TAK	
33.	Przełączenie z trybu defibrylacji w tryb monitorowania i odwrotnie jednym przyciskiem	TAK	
34.	Możliwość przechowywania elektrod w temperaturze (-) 40 do (+)75 st C;	TAK	
35.	Komunikat wizualny i głosowy informujący o impedancji elektrod	TAK	

Lp.	Nazwa i opis parametru lub funkcji urządzenia	Wartość lub zakres wartości wymaganych	Wartość lub zakres wartości oferowanych podać/ opisać
36.	Funkcja bezpiecznego rozładowania.	TAK	
37.	W trybie AED pełne komunikaty wizualne i głosowe w języku polskim dotyczące defibrylacji;	TAK	
38.	Wbudowany, konfigurowalny poradnik RKO	TAK	
39.	Funkcja metronomu: ustawienia metronomu 30:2, 15:2, tryb ciągły, regulowana częstotliwość i głośność	TAK	
40.	W trybie manualnym prezentowany jest zegar odliczający czas od rozpoczęcia RKO, uruchamiany automatycznie lub ręcznie;	TAK	
41.	Prezentacja na ekranie obsługowym: minutnika pokazującego czas od uruchomienia defibrylacji ręcznej, typu elektrod, czasu od ostatniego wstrząsu, liczby wyzwolonych wstrząsów, impedancji elektrod.	TAK	
42.	Defibrylacja synchroniczna (kardiowersja) i asynchroniczna;	TAK	
43.	Wybór 22 poziomy energii defibrylacji manualnej	TAK	
44.	Zakres regulacji energii w trybie ręcznym dorośli 1-15 J co 1 J, 30-50-70-90-120-150-200	TAK	
45.	Zakres regulacji energii w trybie ręcznym dzieci 1-15 J co 1 J, 30-50-70-90;	TAK	
46.	Definiowany układ ekranu w trybie pracy AED	TAK	
47.	Zewnętrzna przezskórna stymulacja	TAK	
48.	Częstość tętna konfigurowalna w stopniach min. 40 do 200 ud/min;	TAK podać	
49.	Prąd stymulacji od 0 do 200 mA+/-10% lub 5mA	TAK podać	
50.	Stymulacja wykonywana za pomocą elektrod defibrylacyjnych dla dorosłych i dla dzieci	TAK	
51.	Możliwość drukowania EKG 12 odprowadzeń;	TAK	
52.	Szybka diagnoza EKG dostępna z elektrod defibrylacyjnych;	TAK	

Lp.	Nazwa i opis parametru lub funkcji urządzenia	Wartość lub zakres wartości wymaganych	Wartość lub zakres wartości oferowanych podać/ opisać
53.	Monitorowanie EKG w trybie synchronicznym na rejestrację 12 kanałów;	TAK	
54.	Graficzny przewodnik rozmieszczenia elektrod EKG prezentowany na ekranie w celu właściwego naklejenia elektrod	TAK	
55.	Kabel 10 odprowadzeniowy (4+6), typu CF, końcówki typu „zatrzask”	TAK	
56.	Tętno w zakresie min. 15 – 350 bpm;	TAK podać	
57.	Wybór i prezentacja wybranych odprowadzeń 1 do 12;	TAK	
58.	Czułość/amplituda 0.25, 0.5, 1,2 cm/mV, regulowana;	TAK	
59.	Szybkość zapisu EKG min. 25 mm/s	TAK podać	
60.	Adaptacyjny filtr cyfrowy z tłumieniem nakładanych zakłóceń	TAK	
61.	Wykrywanie i odrzucanie impulsów stymulatora	TAK	
62.	Łatwa transmisja danych 12 odprowadzeniowego EKG już podczas interwencji.	TAK	
63.	Monitorowanie NIBP w trybie ręcznym lub automatycznym;	TAK podać	
64.	Oscylometryczna metoda pomiaru;	TAK	
65.	Zakresy pomiarowe min.: dorośli – Sys 60-230 mm Hg, Dias 40 -130 mm Hg; dzieci- Sys 40 – 110 mmHg, Dia 20 – 60mmHg	TAK podać	
66.	Akcesoria pomiarowe – komplet dla dorosłych i dla dzieci – po 1 mankiecie w każdym dostępnym rozmiarze	TAK	
67.	Pomiar temperatury metodą bezpośrednią	TAK	
68.	Czujniki jednorazowe, przełykowo/rektalne. W komplecie dostawczym kabel połączeniowy i min. 40 szt. końcówek pomiarowych.	TAK	
69.	Zakres pomiarowy 15 do 45 st. C;	TAK	



Lp.	Nazwa i opis parametru lub funkcji urządzenia	Wartość lub zakres wartości wymaganych	Wartość lub zakres wartości oferowanych podać/ opisać
70.	Saturacja w technologii Masimo	TAK	
71.	Tryb pracy zwykły i o podwyższonej czułości;	TAK	
72.	Zakres pomiarowy SpO2 0 do 100%;	TAK	
73.	Zakres pomiarowy pulsu min. 30 do 240 uderzeń na min;	TAK podać	
74.	Czujniki palcowe z kablem przedłużającym dla dorosłych i dla dzieci – po 1 szt.	TAK	
75.	Wbudowana komunikacja i transmisja danych za pośrednictwem telekomunikacji GSM z użyciem czterech pasm częstotliwości	TAK	
76.	Obsługiwane karty SIM 3 i 1,8V;	TAK	
77.	Możliwość transmisji wybranych danych i zapisu interwencji na nośniku zewn. (złącze USB);	TAK	
78.	Zapis i kontrola wszystkich transmisji;	TAK	
79.	Podgląd wszystkich zdarzeń, w tym alarmów, trendów, zapisów EKG, zrzutów ekranowych	TAK	
80.	Przegląd interwencji może nastąpić bezpośrednio na urządzeniu podczas i po interwencji;	TAK	
81.	Przesyłanie raportu całej interwencji	TAK	
82.	Wyświetlanie raportu z autotestu aparatu wykonywanego po interwencji z możliwością transmisji przez sieć lub na nośnik USB;	TAK	
83.	Możliwość przeglądu/wydruku/archiwizowania wszystkich danych z interwencji na zewnętrznym komputerze	TAK	

Lp.	Nazwa i opis parametru lub funkcji urządzenia	Wartość lub zakres wartości wymaganych	Wartość lub zakres wartości oferowanych podać/ opisać
84.	Możliwość rozbudowy aparatu o następujące funkcje i wyposażenie: 1) Funkcja pomiaru końcowo wydechowego CO2 w strumieniu bocznym 2) Funkcja pomiaru końcowo wydechowego CO2 w strumieniu głównym 3) Funkcja pomiaru frakcjonowanego stężenia karboksyhemoglobiny – SpCO oraz frakcjonowanego stężenia methemoglobiny SpMet 4) Funkcja pomiaru i monitorowania IBP 5) Funkcja pomiaru częstości uciśnień w oparciu o pomiar impedancji dokonywany przez elektrody defibrylacyjne 6) Funkcja weryfikacji jakości prowadzonej akcji defibrylacyjnej z pomiarem tempa, częstości, głębokości uciśnień i tętna po każdym uciśnięciu 7) Funkcja komunikacji i transmisji danych za pośrednictwem WiFi 8) Uchwyt karetkowy z ładowarką DC/DC 9) Mocowanie transportowe z ładowarką AC/DC 10) Dwumiejscowa ładowarka do akumulatorów z funkcją formatowania ogniw	TAK	
	<b>INNE</b>		
85.	W okresie gwarancji przeglądy okresowe wykonywane nieodpłatnie. Zakres i częstotliwość wykonywanych przeglądów zgodnie z zaleceniami producenta (należy podać zalecaną ilość przeglądów )	TAK podać	
86.	Instrukcja obsługi w języku polskim	TAK	

Podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/podpisem zaufanym/podpisem

osobistym\* przez:

.....

(wpisać imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy)

**\*niepotrzebne skreślić**

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA****PAKIET NR 2:****Automatyczne defibrylatory- 7 SZT.**

<b>Opis</b>	<b>Parametry oferowane (podać)</b>
Producent	
Nazwa-model/typ	
Kraj pochodzenia	
Rok produkcji	

<b>Lp.</b>	<b>Nazwa i opis parametru lub funkcji urządzenia</b>	<b>Wartość lub zakres wartości wymaganych</b>	<b>Wartość lub zakres wartości oferowanych podać/ opisać</b>
	<b>automatyczne defibrylatory</b>		
1.	Temperatura pracy aparatu w zakresie min. -10 do +50 st. C	TAK podać	
2.	Torba/Etui na aparat	TAK	
3.	Ciężar aparatu do 0,6 kg	TAK podać	
4.	Wymiary aparatu do 40 x 140 x 140 mm (wys x długość x szer)	TAK podać	
5.	Urządzenie wyposażone w wysokiej rozdzielczości podświetlany ekran LCD	TAK	
6.	Prezentacja na ekranie: krzywej sygnału EKG, stanu baterii niskiego poziomu baterii – informacja i ilości możliwych jeszcze do wykonania defibrylacji czasu upływającego od chwili włączenia urządzenia oraz liczba wyładowań podanych od momentu włączenia urządzenia rodzaju podłączonych elektrod (dorośli/dzieci) stopnia wykorzystania pamięci karty SD	TAK	

Lp.	Nazwa i opis parametru lub funkcji urządzenia	Wartość lub zakres wartości wymaganych	Wartość lub zakres wartości oferowanych podać/ opisać
7.	Dioda sygnalizująca prawidłowe podłączenie elektrod defibrylacyjnych	TAK	
8.	Temperatura przechowywania elektrod od -40 do +75 st C	TAK	
9.	Jednoelementowa bateria typu LiMnO <sub>2</sub> .	TAK	
10.	Łatwa wymiana baterii podczas trwania akcji ratowniczej	TAK	
11.	Test aparatu wykonywany na żądanie Użytkownika	TAK	
12.	Przechowywanie zapisu danych z rejestracji EKG	TAK	
13.	Rejestracja na karcie SD	TAK	
14.	Karta SD w komplecie dostawczym	TAK	
15.	Zapis: min. 500 zdarzeń włączenie defibrylatora, rozpoczęcie analizy rytmu serca wynik analizy rytmu serca ładowanie energii defibrylacyjnej wyładowanie impulsu defibrylacyjnego wewnętrzne rozładowanie alarm dotyczący elektrod alarm dotyczący niskiego poziomu baterii	TAK podać	
16.	Aparat dostarczany z wersją oprogramowania zgodną z wytycznymi ERC 2021	TAK	
17.	Pełne oprogramowanie w języku polskim	TAK	
18.	Możliwość łatwej, nieodpłatnej aktualizacji, oprogramowania w przypadku zmian wytycznych ERC	TAK	
19.	Funkcja bezpiecznego rozładowania defibrylatora w sytuacji: niewystarczającego poziomu naładowanej energii defibrylacji uszkodzenia baterii czy też samego urządzenia;	TAK	
	<b>INNE</b>		
20.	W okresie gwarancji przeglądy okresowe wykonywane nieodpłatnie. Zakres i częstotliwość wykonywanych przeglądów zgodnie z zaleceniami producenta (należy podać zalecaną ilość przeglądów )	TAK	
21.	Instrukcja obsługi w języku polskim	TAK	

**Podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/podpisem zaufanym/podpisem osobistym\* przez:**

.....

(wpisać imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy)

**\*niepotrzebne skreślić**

Zał. nr 2

**FORMULARZ OFERTY****ZAMAWIAJĄCY –**

Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe  
 Zarząd Główny  
 34-500 Zakopane  
 ul. Piłsudskiego 65  
 NIP: 736-10-39-808  
 REGON: 000706869

**WYKONAWCA\*:**

<b>Nazwa Wykonawcy</b>	
<b>NIP/ REGON</b>	
<b>Adres Wykonawcy</b>	
<b>nr tel</b>	
<b>faks</b>	
<b>Email</b>	
<b>skrzynka ePUAP</b>	

\* dodać dodatkowe wiersze, w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, w zależności od liczby Wykonawców tworzących Konsorcjum zgodnie z Rozdziałem XIV swz, ze wskazaniem Lidera Konsorcjum. Podwykonawca nie jest uważany za Wykonawcę wspólnie ubiegającego się o zamówienie.

**Nawiązując do ogłoszonego postępowania w trybie podstawowym bez negocjacji na dostawę kardiomonitorów i automatycznych defibrylatorów na potrzeby GOPR, składam(y) poniższą ofertę:**

**PAKIET NR 1\*:**

**Cena netto za całość dostawy (zgodnie z Rozdziałem XX swz czyli cena całego zamówienia tj. cena zakupu urządzenia medycznego, montaż, przeszkolenie pracowników, koszty dostawy itp.): ..... zł**

**Podatek VAT .....% tj. .... zł**

**Cena brutto za całość dostawy (zgodnie z Rozdziałem XX swz):  
 ..... zł  
 ( słownie: ..... zł)**

**W tym cena jednostkowa za kardiomonitor :**

**netto: ..... zł**

**brutto: ..... zł**

Oświadczam(y) zgodnie z art.225 ustawy p.z.p., że wybór oferty **będzie\*** / **nie będzie\*** prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług<sup>1</sup>

.....  
.....

**Przedmiot zamówienia dostarczę w terminie do ..... tygodni od daty zawarcia umowy (max do 6 tygodni) .**

**Na przedmiot zamówienia udzielam następującej gwarancji:..... miesięcy (min. 24 m-ce)**

**Oświadczam(y), że oferowany sprzęt spełnia wszystkie wymagania zamawiającego.**

**Informacja dotycząca warunków serwisowania sprzętu medycznego w okresie gwarancji jak i w okresie pogwarancyjnym (w tym wykaz podmiotów wykonujących czynności serwisowe) :**

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

**PAKIET NR 2\*:**

**Cena netto za całość dostawy (zgodnie z Rozdziałem XX swz czyli cena całego zamówienia tj. . cena zakupu urządzenia medycznego, montaż, przeszkolenie pracowników, koszty dostawy itp itp.): ..... zł**

**Podatek VAT .....% tj. .... zł**

**Cena brutto za całość dostawy (zgodnie z Rozdziałem XX swz): ..... zł  
( słownie: ..... zł)**

**W tym cena jednostkowa za defibrylator:**

**netto: ..... zł  
brutto: ..... zł**

<sup>1</sup> **Uwaga!** Jeśli Wykonawca zaznaczy, że wybór oferty **będzie** prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towaru i usług, zobowiązany jest w ofercie wskazać: **nazwę (rodzaj) towaru lub usługi**, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz **ich wartość bez kwoty podatku** oraz **stawkę podatku od towarów i usług**, która zgodnie z wiedzą wykonawcy, będzie miała zastosowanie.

**Oświadczam(y)** zgodnie z art.225 ustawy p.z.p., że wybór oferty **będzie\* / nie będzie\*** prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług<sup>1</sup>

.....  
.....

**Przedmiot zamówienia dostarczę w terminie do ..... tygodni od daty zawarcia umowy** (max 6 tygodni)

**Na przedmiot zamówienia udzielam ..... miesięcy gwarancji** ( min. 60 miesięcy)

**Oświadczam(y), że oferowany sprzęt spełnia wszystkie wymagania zamawiającego.**

**Informacja dotycząca warunków serwisowania sprzętu medycznego w okresie gwarancji jak i w okresie pogwarancyjnym (w tym wykaz podmiotów wykonujących czynności serwisowe) :**

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

**Oświadczam(y), że akceptuję(my) 30-o dniowy termin płatności faktury zatwierdzonej przez zamawiającego.**

**Oświadczam(y), że uważam(y) się za związanego(ych) ofertą, co najmniej 30 dni licząc od daty upływu terminu składania ofert, określonego w swz (zgodnie z Rozdziałem XIX pkt.1 SWZ).**

**Oświadczam(y), że zdobyłem(śmy) konieczne informacje do przygotowania oferty i uwzględniłem/liśmy je w kalkulacji oferty oraz, że zapoznałem(śmy) się z warunkami zawartymi w specyfikacji warunków zamówienia, wyjaśnieniami i modyfikacjami swz przekazanymi przez Zamawiającego i uznaję(my) się za związanych uwzględnionymi w niej zapisami.**

**Oświadczam(y), że będę(my)/nie będę(my)\* korzystać z podwykonawców.**

**Oświadczam(y), iż powierzam(y) podwykonawcy(om):**

.....  
.....

(nazwa/firma podwykonawcy/ów)\*

**następujący zakres rzeczowy\*:**

.....



.....  
**Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy:.....**

**Wykonawca jest (UWAGA! Niewłaściwe skreślić\*)**

- Mikroprzedsiębiorcą\*
- Małym \*
- Średnim \*

przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 162 ze zm.)

**Oświadczam(y), że akceptuję(my) projekt umowy stanowiący załącznik nr 5 do niniejszej specyfikacji i że w razie wygrania postępowania zobowiązuje(my) się do zawarcia umowy zgodnej z przedstawionym wzorem.**

**Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu<sup>1</sup> \***

Oświadczamy, że wskazane w osobnym pliku informacje ..... (podać nazwę pliku), stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.\*

**OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW:**

<b>Imię i nazwisko</b>	
<b>Adres</b>	
<b>Nr telefonu</b>	
<b>Nr faksu</b>	
<b>Adres e-mail</b>	

\_\_\_\_\_ dnia \_\_\_\_\_ 2022 roku

**Podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/podpisem zaufanym/podpisem osobistym\* przez:**

.....  
(wpisać imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy)

**\*niepotrzebne skreślić**

<sup>1</sup> W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia przez jego wykreślenie) .

Zał. nr 3 do swz

**Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania oraz o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu składane na podstawie art. 125 ust. 1**

**ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych**

na potrzeby prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na **dostawę kardiomonitorów oraz defibrylatorów na potrzeby GOPR**

**Wykonawca/Wykonawcy\*:**

Nazwa Wykonawcy:

---

Adres Wykonawcy:

---

oświadczam, co następuje:

**Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 1-6 ustawy pzp oraz art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy pzp (wskazanych w Rozdziale XI SWZ).**

Oświadczam<sup>1</sup>, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. .... ustawy Pzp (*jeżeli dotyczy podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt 1,2 i 5 lub art. 109 ust.1 pkt.4 ustawy Pzp*). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: \*

.....  
.....

**Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w Rozdziale XI SWZ.**

---

<sup>1</sup> UWAGA: w przypadku gdy nie zachodzą podstawy wykluczenia, należy przekreślić oświadczenie lub dopisać adnotację "NIE DOTYCZY"

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

\_\_\_\_\_ dnia \_\_\_\_\_ 2022 roku

**Podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/podpisem zaufanym/podpisem osobistym\* przez:**

.....

**(wpisać imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy)**

*\* Niepotrzebne skreślić*

Załącznik Nr 4 do swz

\_\_\_\_\_  
(nazwa /imię i nazwisko Wykonawcy/Wykonawców)

**Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ustawy Prawo zamówień publicznych w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego **POTWIERDZAJĄCE BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA****

na potrzeby prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na **dostawę kardiomonitorów oraz defibrylatorów na potrzeby GOPR**

Oświadczam, iż informacje podane w oświadczeniu o którym mowa w art. 125 ustawy pzp, złożonym wraz z ofertą, w zakresie odnoszącym się do podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 1- 6 ustawy pzp są nadal aktualne.

\_\_\_\_\_ dnia \_\_\_\_\_ 2022 roku

**Podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/podpisem zaufanym/podpisem osobistym\* przez:**

.....

**(wpisać imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy)**

\* Niepotrzebne skreślić

**Zał. nr 5 do swz****Projekt umowy**

W dniu ..... roku w Zakopanem pomiędzy: Górkim Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym, Zarząd Główny, z siedzibą w Zakopanem, ul. Piłsudskiego 65, zarejestrowanym w rejestrze stowarzyszeń prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy pod numerem 0000156881, NIP: 736-10-39-808, REGON: 000706869 reprezentowanym przez: Naczelnika GOPR-Jerzego Siodłaka, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa z dnia 17.02.2022 r.

zwanym w dalszej części niniejszej umowy **Zamawiającym**

a

.....  
reprezentowanym przez

.....  
zwanym w dalszej części niniejszej umowy **Wykonawcą**

w wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie podstawowym bez negocjacji, znak postępowania: L.dz. 63/I/2022, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.1129 ze zm.) zawarto umowę następującej treści:

**§ 1****Przedmiot umowy**

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest dostawa i montaż<sup>1</sup>
  - 1) pakiet nr 1\*: fabrycznie nowych kardiomonitorów w ilości 7 szt.,
  - 2) pakiet nr 2\*: fabrycznie nowych automatycznych defibrylatorów w ilości 7 szt.,

- rok produkcji .... na potrzeby Górkiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, zgodnie ze złożoną ofertą, na warunkach określonych w specyfikacji warunków zamówienia oraz zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy.
2. Przedmiot zamówienia określony w ust. 1 obejmuje przeszkolenie personelu w zakresie obsługi sprzętu.
3. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot umowy określony w ust. 1 i 2.
4. Specyfikację przedmiotu umowy zawiera załączona do niniejszej umowy oferta Wykonawcy wraz ze specyfikacją techniczną (opisem) sprzętu medycznego.
5. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy spełnia wymagania określone w ustawie z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych ( t.j. Dz. U. z 2021 r., poz.1156), w szczególności jest oznakowany znakiem CE, a jeżeli ocena zgodności była przeprowadzana pod nadzorem jednostki notyfikowanej, to obok znaku CE jest umieszczony numer identyfikacyjny właściwej jednostki notyfikowanej.
6. Zamawiający zamawia zrealizowanie, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy bez zbędnej zwłoki, w terminie określonym w § 4 niniejszej umowy, przy zachowaniu należytej staranności.
7. Osobą upoważnioną ze strony Wykonawcy do kontaktów z Zamawiającym jest Pan(i) ..... tel. .... fax. ....  
e-mail: .....
8. Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcą jest Pan(i) ..... tel. .... fax. ....  
e-mail: .....
9. Zamówienie jest realizowane w ramach zadania publicznego pod tytułem „Zakup i wyposażenie ratowników górskich GOPR w sprzęt i ekwipunek ratowniczy w celu

---

<sup>1</sup> zostanie odpowiednio wypełnione po wyborze oferty najkorzystniejszej

prawidłowej realizacji działań z zakresu ratownictwa górskiego”, finansowanego ze środków otrzymanych z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

## § 2

### Oświadczenia Wykonawcy

1. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednią wiedzę, doświadczenie i dysponuje stosowną bazą do wykonania przedmiotu umowy.
2. Wykonawca oświadcza, iż jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej przez siebie działalności i posiada aktualną polisę ubezpieczeniową, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

## §3

### Podwykonawstwo

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać zamówienia własnymi siłami, bez udziału podwykonawców\*/ przy udziale podwykonawców\*
2. Wykonawca zamierza zlecić podwykonawcy następujący zakres czynności: .....( zapis ten zostanie doprecyzowany po wyborze Wykonawcy)
3. Zatrudnienie podwykonawcy bez uzyskania zgody Zamawiającego stanowi podstawę odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy.
4. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za własne.

## § 4

### Dostawa i odbiór

1. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zamówienia określonego w § 1: Pakiet nr .... : w terminie **do ..... tygodni od daty zawarcia umowy**
2. Dopuszcza się zmianę terminu wskazanego w ust. 1 w wyniku działania siły wyższej (takie jak epidemia, klęski żywiołowe, strajki generalne, lokalne, stany wyjątkowe itp.) mającej bezpośredni wpływ na termin wykonania, z zastrzeżeniem § 8 umowy. Podstawą takiej zmiany jest złożenie pisemnego wniosku przez stronę umowy, wskazującego na zaistnienie okoliczności, o których mowa w zdaniu pierwszym. Strony ustalą nowy termin, z tym że maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy równy będzie okresowi opóźnienia.
3. Dostawa przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego ul. Piłsudskiego 65, 34-500 Zakopane nastąpi na koszt Wykonawcy.
4. O terminie odbioru przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego na piśmie lub drogą elektroniczną z co najmniej trzydniowym wyprzedzeniem przed planowanym terminem dostawy. Ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia urządzenia/eń w czasie jego dostawy, rozładunku, instalacji i uruchomienia ciąży na Wykonawcy.
5. Do dostarczonego przedmiotu zamówienia Wykonawca dołączy wymagane świadectwo dopuszczenia do obrotu, atest, certyfikat, instrukcję obsługi, paszporty techniczne urządzeń, wykaz materiałów zużywalnych niezbędnych dla bieżącej eksploatacji, przedmiotu umowy określonych przez producenta, wykaz dostawców części zamiennych, części zużywalnych oraz materiałów eksploatacyjnych określonych przez producenta przedmiotu umowy, wykaz podmiotów upoważnionych przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania okresowej konserwacji, okresowej lub doraźnej obsługi serwisowej, aktualizacji oprogramowania, okresowych lub doraźnych przeglądów, regulacji, kalibracji, wzorcowań, sprawdzeń lub kontroli bezpieczeństwa – które zgodnie z instrukcją używania przedmiotu umowy nie mogą być wykonane przez Zamawiającego itp. Wszystkie dokumenty muszą być przetłumaczone na język polski.
6. Odbiór przedmiotu nastąpi poprzez podpisanie przez obie strony protokołu odbioru.

## § 5

**Wynagrodzenie**

1. Wynagrodzenie za dostarczony przedmiot zamówienia zgodnie ze złożoną ofertą wynosi:  
**pakiet nr .....** netto:..... zł plus podatek VAT ....%  
w kwocie ..... zł co daje kwotę brutto: ..... zł (słownie złotych: .....).
2. Wskazane w ust. 1 wynagrodzenie jest ostateczne i zawiera wszystkie koszty Wykonawcy.
3. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie, określone w ust. 1 po dostarczeniu całości przedmiotu umowy w terminie określonym w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, potwierdzonego protokołem odbioru i złożeniu faktury.
4. Płatności wynikające z realizacji niniejszej umowy nastąpią przelewem na wskazany w treści faktury numer rachunku bankowego Wykonawcy w ciągu 30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego.
5. W przypadku wyboru przez Wykonawcę wysłania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej należy ją wysłać do Zamawiającego za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania (PEF): skrócona nazwa skrzynki: GOPR-Zarząd Główny; Typ/Numer skrzynki PEPPOL: NIP 7361039808.
6. W przypadku nieterminowego uregulowania należności, określonej w ust. 1 Zamawiający zapłaci Wykonawcy ustawowe odsetki za opóźnienia w transakcjach handlowych, o których mowa w ustawie z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych ( t.j. Dz.U. 2021 r., poz. 424).

## § 6

**Warunki gwarancji**

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy bez usterek.
2. W przypadku stwierdzenia wad w wykonanym przedmiocie umowy Wykonawca zobowiązuje się do ich nieodpłatnej wymiany lub usunięcia w terminie do trzech dni roboczych od daty zgłoszenia.
3. Wykonawca gwarantuje, że dostarczony przedmiot umowy jest nowy, sprawny i zostanie zainstalowany bez żadnego uszczerbku.
4. Wykonawca udziela gwarancji jakości przedmiotu umowy objętego niniejszą umową, na warunkach oferty licząc od dnia dokonania końcowego, bezusterkowego i protokolarnego odbioru, tj.:  
**-pakiet nr ....miesiące**
5. Warunki gwarancji nie mogą skutkować naruszeniem warunków siwz w toku realizacji umowy i zawierać zapisy mniej korzystne niż określone w K.C. art. 577 do art. 581.
6. Wykonawca zapewnia w okresie gwarancji jakości bezpłatny autoryzowany serwis gwarancyjny oraz autoryzowany serwis eksploatacyjny na warunkach oferty, w tym w szczególności: wymagane przez Wytwórcę wszelkie przeglądy techniczne i konserwacje, celem zapewnienia niezawodnej i bezpiecznej pracy sprzętu medycznego stanowiących przedmiot umowy. Wykonanie prac serwisowych Wykonawca będzie potwierdzał dokonując wpisów we właściwej dokumentacji eksploatacyjnej sprzętu medycznego zgodnie z wymogami wytwórcy i obowiązującym stanem prawnym, w szczególności każda czynność będzie odnotowana w paszporcie technicznym urządzenia.
7. W okresie gwarancji jakości Wykonawca zobowiązuje się do załatwiania wszelkich formalności celnych, związanych z ewentualną wymianą wadliwego elementu przedmiotu umowy na nowy, jego wysyłką, odbiorem i dostarczeniem do Zamawiającego lub importem części zamiennych – bez udziału Zamawiającego.
8. Wykonawca oświadcza, że obowiązki wynikające z gwarancji realizować będzie autoryzowany serwis.
9. Czas usunięcia awarii w okresie gwarancji max 10 dni roboczych. W przypadku nieprawidłowości w funkcjonowaniu urządzenia trwającego dłużej niż 10 dni roboczych (od momentu zgłoszenia tej nieprawidłowości Wykonawca zapewni w ciągu max 72 godzin nieodpłatnie sprzęt zastępczy o takich samych parametrach technicznych lub lepszy.

10. Maksymalnie 3 udokumentowane naprawy gwarancyjne tego samego elementu lub podzespołu przedmiotu umowy, wyłączające urządzenie z eksploatacji uprawniają do wymiany elementu lub podzespołu na nowy.
11. Wszelkie naprawy odbywają się z uwzględnieniem transportu, na koszt i ryzyko Wykonawcy.
12. Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia protokołu przeglądu technicznego w ostatnim dniu upływu gwarancji poszczególnych elementów, podzespołów przedmiotu umowy. Przeprowadzenie przeglądu technicznego elementów, podzespołów i całego przedmiotu umowy Wykonawca potwierdzi stosownym protokołem i przekaze protokół Zamawiającemu.
13. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek pisemnego zawiadomienia Zamawiającego o planowanym przeprowadzeniu przeglądu gwarancyjnego i upływie okresu gwarancji.
14. W wypadku nie złożenia zawiadomienia, o którym mowa w ust. 13 niniejszego paragrafu, okres gwarancji zostaje przedłużony do czasu dokonania kolejnego przeglądu gwarancyjnego.
15. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji, także po upływie terminu gwarancji, jeżeli wniósł reklamację przed upływem okresu gwarancji.
16. Każda naprawa gwarancyjna powoduje przedłużenie okresu gwarancji o czas wynikający z przestoju przedmiotu umowy związany z naprawą lub wymianą uszkodzonego podzespołu lub jego części.
17. O wadliwej pracy dostarczonego przedmiotu umowy Zamawiający powiadomi Wykonawcę niezwłocznie w formie pisemnej i na numer faksu Wykonawcy.

## § 7

### Kary umowne

1. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia kar umownych za niezgodne z niniejszą umową lub nienależyte wykonanie zobowiązań z umowy wynikających.
2. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne odpowiednio dla danego pakietu w wysokości:
  - a) 0,2 % całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki w dostarczeniu, instalacji i uruchomieniu przedmiotu niniejszej umowy;
  - b) 0,2 % jednostkowego wynagrodzenia brutto wadliwego urządzenia, wskazanego w formularzu oferty, stanowiącego zał. nr 2 do umowy, za każdy dzień zwłoki wymiany lub usunięcia wad ponad terminy wynikające z umowy;
  - c) 0,2 % jednostkowego wynagrodzenia brutto wadliwego urządzenia, wskazanego w formularzu oferty, stanowiącego zał. nr 2 do umowy za każdy dzień zwłoki w przekroczeniu terminu wstawienia sprzętu zastępczego o parametrach nie gorszych niż urządzenie/a stanowiące przedmiot umowy;
3. W przypadku odstąpienia od umowy jednej ze stron, strona winna odstąpienia zapłaci drugiej karę umowną w wysokości 10 % łącznej wartości brutto przedmiotu zamówienia określonej w § 5 ust. 1 umowy.
4. Kary umowne, o których mowa w ust. 1 mogą być potrącone przez Zamawiającego z faktury.
5. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony wynosi 20% wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy .
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego kary umowne na zasadach ogólnych.
7. W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego w związku z COVID-19 i przez 90 dni od dnia odwołania stanu, który obowiązywał jako ostatni, Zamawiający nie może potrącić kary umownej zastrzeżonej na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, o której mowa w ust. 2 lit a) i lit.b) niniejszego paragrafu, o ile zdarzenie w związku z którym zastrzeżono tę karę nastąpiło w okresie obowiązywania stanu zagrożenia. W takiej sytuacji odpowiednie zastosowanie ma przepis art. 15r<sup>1</sup> ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,



innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1842 ze zm. ).

## § 8

### **ZMIANY UMOWY**

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Strony umowy niezwłocznie, wzajemnie informują się o wpływie okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie przedmiotowej umowy, o ile taki wpływ wystąpił lub może wystąpić. W takiej sytuacji stosuje się odpowiednio przepis art. 15r ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.
3. Zamawiający po stwierdzeniu, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19, o których mowa w ust. 2 wpływają na należyte wykonanie niniejszej umowy, w uzgodnieniu z wykonawcą dokona zmiany umowy, w szczególności przez zmianę terminu wykonania umowy, o którym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy w sytuacji wstrzymania dostaw asortymentu objętego zamówieniem, trudności w dostępie do asortymentu związanych z wystąpieniem COVID-19.
4. Podstawą zmiany, o której mowa w ust. 3 jest udokumentowanie wpływu COVID-19 na realizację umowy poprzez złożenie przez Wykonawcę oświadczenia z uzasadnieniem lub/i dokumentu potwierdzającego wpływ okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie umowy i akceptacja Zamawiającego.
5. Strony ustalą nowy termin, z tym że maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy równy będzie okresowi opóźnienia.
6. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w zakresie zmiany cen z uwagi na ustawową zmianę stawki podatku VAT, przy czym zmianie ulegnie wyłącznie cena brutto- zmiany te następują z mocy prawa i obowiązują od dnia obowiązywania odpowiednich przepisów.

## § 9

### **Postanowienia końcowe**

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zgody Stron w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, Kodeksu Cywilnego oraz odpowiednie przepisy ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.
3. Spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.
4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Załączniki stanowiące integralną część umowy:

- opis przedmiotu zamówienia wg zał. nr 1 do swz odpowiednio dla danego pakietu;
- formularz oferty wg zał. nr 2 do swz

.....  
**Zamawiający**

.....  
**Wykonawca**