



GÓRSKIE OCHOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE

Członek Międzynarodowej Komisji Ratownictwa Górskiego IKAR-CISA

ZARZĄD GŁÓWNY

ul. Piłsudskiego 65
34-500 Zakopane

tel/fax 18 20-61-550, tel. 18 20-14-152

www.gopr.pl e-mail: zarzad@gopr.pl; sekretariat@gopr.pl

NIP 736-10-39-808

Regon 000706869

Konto Pekao SA O/Zakopane 25 1240 5165 1111 0000 5224 8845

Znak sprawy: L.dz. 72/I/2022

Zakopane, dnia 8 kwietnia 2022 r.

Do wszystkich Wykonawców

dotyczy: wyjaśnienia treści specyfikacji warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji na dostawę i montaż automatycznych defibrylatorów na potrzeby GOPR

Działając w oparciu o art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.), zwanej dalej ustawą, Zamawiający przekazuje treść pytań wraz z wyjaśnieniami dotyczącymi specyfikacji warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu:

1. Czy Zamawiający dopuści do oferty urządzenie AED o poniższych parametrach:

Specyfikacja:

Ogólne dane techniczne:

- Ochrona przed pyłem i wodą: IP66
- Zgodność z normą RTCA DO-160G
- Odporność na wibracje i uderzenia – zgodność z normą EN 1789
- Zakres temperatury pracy: -10 °C do +55 °C (tryb RKO -20 °C do +55 °C)
- Opcja połączenia alarmowego GSM z funkcją telefonu głośnomówiącego
- Funkcja metronomu
- Bateria litowo-manganowa
 - Czas czuwania: ok. 5 lat (w zależności od ustawień)
 - Tryb tylko RKO: 12-15 godzin pracy
 - Tryb AED: 4,8 godzin pracy
 - Przy w pełni naładowanej baterii ponad 200 wyładowań energią 200 J
- Wymiary (DxSxC): 25,4 cm x 21,9 cm x 5,9 cm
- Masa: ok. 1,9 kg (urządzenie + baterie)
- Kompatybilny z innymi produktami corpuls (elektrody corPatch, czujnik corPatch CPR, oprogramowanie)

Monitor:

- 4,3" kolorowy wyświetlacz z podświetleniem
- Wyświetlanie do 2 krzywych (drugie odprowadzenie i krzywa informacji zwrotnej z corPatch CPR)
- Wyświetlanie do 2 parametrów życiowych (częstotliwość rytmu serca i ilość uciśnień klatki piersiowej)
- Piktogramy z instrukcjami
- Instrukcje głosowe i tekstowe na ekranie

Dostępność:

- Status urządzenia na wyświetlaczu
- Możliwość konfiguracji autotesty
- Monitorowanie przez sieć bezprzewodową Wi-Fi

Zarządzanie danymi:

- Połączenie bezprzewodowe Wi-Fi (monitorowanie, konfiguracja, aktualizacje urządzenia i przeszukiwanie danych użytkownika)
- Zapis danych użytkownika (min. 100 godzin)
- Zapis audio (maks. 240 minut)

Odp.: Nie. Oferowane urządzenia mają spełniać wymogi określone w specyfikacji warunków zamówienia.

2. Czy Zamawiający zgodzi się na wydłużenie terminu dostawy do 10 tygodni?

Odp.: Nie.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż powyższe pytania i odpowiedzi, wyjaśnienia do swz, stanowią jej integralną część, a przy tym z uwagi na ich zakres i charakter oraz termin wprowadzenia nie wpływają na konieczność przedłużenia terminu składania ofert.

Naczelnik GPR

Jerzy Siodlak