



Zakopane, dnia 7 października 2025 r.

Znak sprawy: L.dz. 167a/I/2025

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy: zmiany treści zapytania ofertowego na dostawę defibrylatorów zewnętrznych na potrzeby GOPR

Zamawiający uprzejmie informuje, że dokonuje zmiany opisu przedmiotu zamówienia (OPZ), stanowiącego zał. nr 1 do zaproszenia. Zmiana wynika z potrzeby dostosowania specyfikacji do nowszego modelu urządzenia dostępnego aktualnie na rynku, który zastępuje model dotychczas wskazany w OPZ.

W załączeniu aktualny opis przedmiotu zamówienia – zał. nr 1 do zaproszenia.

Mając na uwadze konieczność zapewnienia wykonawcom czasu niezbędnego na zapoznanie się ze zmianą treści zaproszenia Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia **do dnia 15.10.2025 r. do godz. 11.00**

Pozostałe warunki bez zmian.

Naczelnik GOPR

Jerzy Siodłak



OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Defibrylatory zewnętrzne- 4 SZT.

Opis	Parametry oferowane (podać)
Producent	
Nazwa-model/typ	
Kraj pochodzenia	
Rok produkcji	

L.p.	Opis przedmiotu zamówienia/ wymagania	Potwierdzenie spełnienia wymagań Potwierdzić (poprzez TAK) lub/i opisać (w miejscu gdzie są podane wartości minimalne/maksymalne)
1.	waga poniżej 800 g (waga samego AED bez osprzętu)	
2.	wymiary maksymalne : długość 150, szerokość 145	
3.	intuicyjny interfejs użytkownika - podświetlane przyciski tryb 1-2-3	
4.	kolorowy wyświetlacz graficzny LCD z funkcją automatycznego dostosowania jasności min 3,5" / ikony czynności / wyświetlacz krzywej EKG	

	warunki otoczenia: 1. Temperatura: / Podczas pracy: -5 do 50°C / Ograniczony czas pracy: -10°C do -5°C przez 1 godzinę lub 20°C do -10°C przez 20 minut / Podczas transportu/magazynowania: -10 do 50°C/5 do 50°C , 2. Wilgotność: / Podczas pracy: 10 do 95%, bez kondensacji / Podczas transportu/magazynowania: 10 do 95%, bez kondensacji 3. Ciśnienie: Podczas pracy: 540 do 1060 hPa Podczas transportu/magazynowania: 500 do 1060 hPa	
5.		
6.	język interfejsu graficzne oraz odpowiedzi głosowych: polski	
7.	Intuicyjny tryb pediatryczny z wykorzystaniem tych samych elektrod, co w przypadku dorosłych - wybór jednym dedykowanym przyciskiem	
8.	Transmisja danych przez Bluetooth lub USB do komputera w celu przeglądania w dedykowanej aplikacji	
9.	Funkcja auto-testu z sygnalizacją	
10.	zasilanie ładowalnych akumulatorów o pojemność pozwalającej na następujące czasy pracy: min. 70 cykli - wstrząs o maks. energii + 2 minut monitorowania - czas pracy łączny: min 3 h / tryb gotowości: autotest co tydzień minimum 1 rok	
11.	tryby pracy: automatyczny / półautomatyczny / manualny	
12.	fala defibrylacyjna w postaci impulsów o wysokiej częstotliwości - dwufazowa	

